SUTURES CHIRURGICALES

Poliglécaprone 25

Soutien fiable à court terme des plaies. Manipulation souple. Absorption prévisible.



Aperçu

Les sutures en poliglécaprone 25 Vero Animal Health sont des sutures monofilament synthétiques résorbables composées d'un copolymère de glycolide et d'epsilon-caprolactone. Conçues spécialement pour la chirurgie vétérinaire, elles offrent un soutien fiable à court terme des plaies, une excellente manipulation et une absorption prévisible.

La construction monofilament lisse permet un passage facile dans les tissus tout en aidant à réduire la friction et le traumatisme tissulaires. Le poliglécaprone 25 offre une excellente résistance initiale à la traction, une bonne tenue des nœuds et une réactivité tissulaire minimale pendant l'absorption.

Sa perte prévisible de résistance à la traction fait du poliglécaprone 25 Vero Animal Health un excellent choix pour le rapprochement des tissus mous et les ligatures lorsqu'un soutien temporaire de la plaie est requis.

Caractéristiques principales

- Monofilament synthétique résorbable — Offre une performance constante et une absorption prévisible.
- Excellente résistance initiale à la traction — Assure un soutien fiable pendant les premières étapes critiques de la cicatrisation.
- Passage tissulaire en douceur — La construction monofilament aide à réduire la friction et le traumatisme tissulaires lors de la pose.
- Réactivité tissulaire minimale — Conçu pour favoriser une cicatrisation normale tout au long de l'absorption.
- Tenue fiable des nœuds — Assure une bonne tenue des nœuds lors des interventions chirurgicales vétérinaires.
- Absorption prévisible — Perd graduellement sa résistance à la traction à mesure que le tissu reprend de la force.
- Faible friction tissulaire — Une surface lisse facilite une pose précise et efficace de la suture.
- Axé sur la médecine vétérinaire — Convient à un large éventail d'interventions sur les tissus mous chez les animaux de compagnie et en médecine vétérinaire.

Configurations offertes

TAILLE USP	LONGUEUR	AIGUILLE	CODE D'ARTICLE
5-0	30" (75 cm)	1/2 de cercle pointe ronde, 17 mm	**VL7517B7** 12 par boîte
4-0	36" (90 cm)	3/8 de cercle tranchante inversée, 19 mm	**VL8419F5** 12 par boîte
4-0	18" (45 cm)	3/8 de cercle tranchante inversée premium, 13 mm	**VL3413F6** 12 par boîte
4-0	30" (75 cm)	1/2 de cercle pointe ronde, 17 mm	**VL7417B7** 12 par boîte
3-0	36" (90 cm)	3/8 de cercle tranchante inversée, 19 mm	**VQ33193V-90** 12 par boîte
3-0	36" (90 cm)	3/8 de cercle tranchante inversée, 24 mm	**VL8324F5** 12 par boîte
3-0	18" (45 cm)	3/8 de cercle tranchante inversée premium, 13 mm	**VL3313F6** 12 par boîte
3-0	30" (75 cm)	1/2 de cercle pointe ronde, 26 mm	**VL7326B7** 12 par boîte
2-0	36" (90 cm)	3/8 de cercle tranchante inversée, 24 mm	**VL8224F5** 12 par boîte
2-0	30" (75 cm)	1/2 de cercle pointe ronde, 26 mm	**VL7226B7** 12 par boîte

Vendues à la boîte de 12 sutures.

Spécifications

Matériau	Poliglécaprone 25
Composition	Poly(glycolide-co-ε-caprolactone), PGCL
Construction	Monofilament
Résorbabilité	Synthétique résorbable
Mécanisme d'absorption	Hydrolyse
Tailles USP	5-0 · 4-0 · 3-0 · 2-0
Longueurs	18" (45 cm) · 30" (75 cm) · 36" (90 cm)
Couleur	Violet
Aiguilles	3/8 de cercle tranchante inversée et tranchante inversée premium · 1/2 de cercle pointe ronde · 13–26 mm
Sutures par emballage	1 (une aiguille)
Stérilité	Stérile (OE), à usage unique
Durée de conservation	3 ans
Emballage	12 par boîte

Applications

- Fermeture du tissu sous-cutané
- Fermeture intradermique et sous-cuticulaire
- Rapprochement général des tissus mous
- Ligature
- Certaines interventions gastro-intestinales
- Certaines interventions buccales et de l'appareil reproducteur

Normes de qualité et conformité

- Fabriqué dans une installation marquée CE, approuvée par la FDA des États-Unis, MDSAP et ISO 13485
- ISO 13485 — Systèmes de management de la qualité pour les dispositifs médicaux
- Série ISO 10993 — Évaluation biologique et biocompatibilité
- ISO 11607 — Systèmes d’emballage et exigences de barrière stérile pour les dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal
- ISO 11135 — Stérilisation à l’oxyde d’éthylène, s’il y a lieu
- ISO 11137 — Stérilisation par irradiation, s’il y a lieu
- ISO 15223-1 — Symboles d’étiquetage des dispositifs médicaux
- Exigences USP relatives aux sutures chirurgicales — selon le produit et le marché
- Procédés de stérilisation validés
- Procédures de fabrication et d’inspection de la qualité maîtrisées
- Traçabilité des lots et contrôles de la qualité des produits finis

Usage prévu : usage vétérinaire seulement.

Les caractéristiques de performance, la méthode de stérilisation, la biocompatibilité, l’intégrité de l’emballage et la durée de conservation doivent être validées conformément aux exigences applicables à la configuration du produit et au marché visé.

Les spécifications sont fournies à titre indicatif et peuvent changer sans préavis. Contactez-nous pour les certificats par lot, les fiches techniques et la documentation de Santé Canada / LEIM.