SUTURES CHIRURGICALES

Polyglactine 910

Excellente manipulation. Nœuds sûrs. Absorption prévisible.



Aperçu

Les sutures en polyglactine 910 Vero Animal Health sont des sutures chirurgicales tressées synthétiques résorbables composées d'un copolymère de glycolide et de lactide. Conçues spécialement pour la chirurgie vétérinaire, elles offrent un soutien fiable des plaies, une excellente manipulation, une bonne tenue des nœuds et une absorption prévisible.

La construction tressée offre souplesse et excellente manipulation tout en permettant une pose précise des nœuds et un rapprochement tissulaire sûr. La polyglactine 910 conserve une résistance à la traction fiable pendant les étapes critiques de la cicatrisation et est graduellement absorbée par hydrolyse à mesure que le tissu reprend de la force.

Sa combinaison de manipulation, de tenue des nœuds et d'absorption prévisible fait de la polyglactine 910 Vero Animal Health un excellent choix pour un large éventail d'interventions vétérinaires sur les tissus mous exigeant un soutien temporaire de la plaie.

Caractéristiques principales

- Construction tressée synthétique résorbable — Offre une performance constante et une absorption prévisible.
- Excellente manipulation — La construction tressée souple facilite une pose et une manipulation maîtrisées.
- Résistance initiale à la traction fiable — Assure un soutien fiable pendant les étapes critiques de la cicatrisation.
- Excellente tenue des nœuds — La construction tressée favorise des nœuds sûrs et fiables.
- Absorption prévisible — Perd graduellement sa résistance à la traction à mesure que la cicatrisation progresse.
- Passage tissulaire maîtrisé — Conçue pour une pose fluide et efficace lors des interventions vétérinaires.
- Faible réactivité tissulaire — Sa composition synthétique favorise une réponse tissulaire prévisible.
- Axé sur la médecine vétérinaire — Convient à un large éventail d'interventions sur les tissus mous chez les animaux de compagnie et en médecine vétérinaire.

Configurations offertes

TAILLE USP	LONGUEUR	AIGUILLE	CODE D'ARTICLE
6-0	18" (45 cm)	3/8 de cercle tranchante inversée premium, 13 mm	**VR3613F6** 12 par boîte
3-0	30" (75 cm)	3/8 de cercle tranchante inversée, 24 mm	**VR7324F5** 12 par boîte
3-0	30" (75 cm)	1/2 de cercle pointe ronde, 26 mm	**VR7326B7** 12 par boîte
2-0	30" (75 cm)	3/8 de cercle tranchante inversée premium, 24 mm	**VR7224F6** 12 par boîte
2-0	30" (75 cm)	1/2 de cercle pointe ronde, 26 mm	**VR7226B7** 12 par boîte
2-0	27" (70 cm)	1/2 de cercle pointe ronde, 26 mm	**VG21262-70** 12 par boîte

Vendues à la boîte de 12 sutures.

Spécifications

Matériau	Polyglactine 910 enduite
Composition	Poly(glycolide-co-L-lactide) (90:10)
Construction	Multifilament tressé
Résorbabilité	Synthétique résorbable
Mécanisme d'absorption	Hydrolyse
Tailles USP	6-0 · 3-0 · 2-0
Longueurs	18" (45 cm) · 27" (70 cm) · 30" (75 cm)
Couleur	Violet
Aiguilles	3/8 de cercle tranchante inversée et tranchante inversée premium · 1/2 de cercle pointe ronde · 13–26 mm
Sutures par emballage	1 (une aiguille)
Stérilité	Stérile (OE), à usage unique
Durée de conservation	3 ans
Emballage	12 par boîte

Applications

- Fermeture du tissu sous-cutané
- Rapprochement général des tissus mous
- Ligature
- Interventions gastro-intestinales
- Interventions urogénitales
- Interventions buccales
- Interventions sur l'appareil reproducteur
- Certaines fermetures musculaires et fasciales
- Autres interventions vétérinaires sur les tissus mous exigeant un soutien résorbable

Normes de qualité et conformité

- Système de management de la qualité certifié ISO 13485 — Dispositifs médicaux
- Système de management de la qualité audité MDSAP — Programme d'audit unique des dispositifs médicaux

- Série ISO 10993 — Évaluation biologique et biocompatibilité
- ISO 11607 — Systèmes d’emballage et exigences de barrière stérile pour les dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal
- ISO 11135 — Stérilisation à l’oxyde d’éthylène, s’il y a lieu
- ISO 11137 — Stérilisation par irradiation, s’il y a lieu
- ISO 15223-1 — Symboles d’étiquetage des dispositifs médicaux
- Exigences USP applicables aux sutures chirurgicales résorbables
- Procédés de stérilisation validés
- Procédures de fabrication et d’inspection de la qualité maîtrisées
- Traçabilité des lots et contrôles de la qualité des produits finis

Usage prévu : usage vétérinaire seulement.

Les caractéristiques de performance, la méthode de stérilisation, la biocompatibilité, l’intégrité de l’emballage et la durée de conservation doivent être validées conformément aux exigences applicables à la configuration du produit et au marché visé.

Les spécifications sont fournies à titre indicatif et peuvent changer sans préavis. Contactez-nous pour les certificats par lot, les fiches techniques et la documentation de Santé Canada / LEIM.